



19.7.2010

---

## KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Viite: Tarjouspyyntö 2871 Endoskooppien pesukone

### Kysymys:

Voitteko muuttaa tarjouspyynnön tekstiänne kahden skoopin samanaikaisen pesun osalta siten, että pyydätte ilmoittamaan kuinka monta skooppiä pystytään pesemään tunnissa?

### Vastaus:

Tarjoukset pyydetään toimittamaan tarjouspyynnön määrittelyn mukaisesti, kirurgian leikkausosastolle ja Oulaskankaan sairaalaan pesukone kahdelle skoopille. Teho-osastolle I vaihtoehtoisesti pesukone yhdelle skoopille ja kahdelle skoopille. Toimenpideyksiköissä ei riitä yhden skoopin pesukone. Pesuajat sisältyvät arvioitaviin teknisiin ominaisuuksiin.