

## Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla

Suositus annettu 17.9.2008.

**Terveydenhuollon menetelmää voi käyttää.**



**Voidaan käyttää pysyvään raskauden ehkäisyyn.**

**Vaikuttavuus:** Tieto perustuu riittäviin potilassarjoihin, vaikka pitkäaikaisseurantatieto puuttuu.

**Turvallisuus:** Vaihtoehtoisiin menetelmiin verrattuna riittävä.

**Kustannukset:** Kustannusvaikuttavuustieto puuttuu.

**Rajoitukset:** Edellyttää harjaantumista hysteroskopiaan ja vähintään 10 toimenpiteen suoritusta ohjatusti.

**Työnjako:** Ks. yllä Suositellaan keskittämistä yksiköissä.

Katsaus, johon suositus perustuu:

Sirpa-Liisa Hovi, Ritva Hurskainen, Mika Gissler, Riitta Grahn, Katriina Kukkonen-Harjula, Merja Nord-Saari, Marjukka Mäkelä.

[Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla \(pdf 89 kt\)](#). Suomen Lääkärilehti 2008;63(36):2905–9.