

## **Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri perifeerisen valtimotaudin hoidossa**

Suositus annettu 7.10.2011.

**Terveydenhuollon menetelmää ei pidä käyttää.**



**Suosittellaan käytettäväksi vain tutkimusasetelmissa.**

**Vaikuttavuus:** Tutkimusnäyttöä kliinisistä hyödyistä ei ole. Näyttö mahdollisesta tehosta perustuu angiologisesti osoitettuun pienempään uusinta-ahtaumien määrään ja vähäisempään uusintalaajennusten tarpeeseen kuuden kuukauden seurannassa.

**Turvallisuus:** Lääkepinnoitteesta (paklitakseli) johtuvia haittoja ei ole kuvattu. Haittatapahtumat ovat samoja kuin yleensä pallolaajennuksissa.

**Kustannukset:** Yhden katetrin hinta (n. 1200 euroa) on noin nelinkertainen tavalliseen pallolaajennuskatetriin verrattuna.

**Rajoitukset:** Suositellaan käytettäväksi vain tutkimusasetelmissa.

**Työnjako:** Käyttö toimenpideradiologisissa yksiköissä yhteistyössä verisuonikirurgin kanssa.

Katsaus, johon suositus perustuu:

Jukka Perälä, Matti Niemelä, Jaana Isojärvi, Tuija S Ikonen. [Paklitakselipinnoitetut pallolaajennuskatetrit sepelvaltimoiden ja perifeerisen valtimotaudin hoidossa \(141 kt\)](#). Suomen Lääkärilehti 2011;66(32):2243–50.